



Signature valid

Digitally signed by
LABMETRO ONLINE
Date: 2018.07.03
14:17:35 +0100
Reason: Documento
aprovado
electronicamente



Laboratório de Ensaios Físicos

Certificado de Verificação



Despacho I.P.Q. 10055/2016

VSCM84/18
SELO Nº 638157-18

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

EQUIPAMENTO DE PESAGEM - ESCALA SIMPLES		Nº DE IDENTIFICAÇÃO:	PORTA PALETES
MARCA:	CACHAPUZ	APROVAÇÃO MODELO:	I 10-002
MODELO:	T101S	TIPO VERIFICAÇÃO:	Verificação Periódica
Nº DE SÉRIE:	215625	CLASSE:	III
ALCANCE MÍNIMO:	20000 g	ALCANCE MÁXIMO:	2000000 g
INDICAÇÃO:	DESCONTÍNUA	EQUILÍBRIO:	AUTOMÁTICO
d:	1000 g	e:	1000 g

ENTIDADE

PALMIRESDUOS - COMBUSTÍVEIS E RESÍDUOS, LDA.
ZONA INDUSTRIAL DA CURVACEIRA, LOTE 5/6 E 8
5070-072 ALIÚ

OPERAÇÃO EFETUADA

TIPO:	Verificação Periódica
DATA:	03-07-2018
LOCAL:	INSTALAÇÕES DO CLIENTE
MÉTODO:	Por comparação
DOC. REFERÊNCIA:	PO.M - DM / MAS 012 EDIÇÃO B REV.03
RASTREABILIDADE:	LM198 - MASSAS DE 1t , CLASSE M1 RASTREADO A IPQ SML50 - MASSA DE 100kg , CLASSE M1 RASTREADO A IPQ SML52 - MASSA DE 200kg , CLASSE M1 RASTREADO A IPQ MLN002 - CONJUNTO DE MASSAS , CLASSE M1 RASTREADO A ISQ
RESULTADO:	APROVADO, em conformidade com o regulamento em vigor.
NOTA:	A operação associada a este Certificado de Verificação é válida até 31 de dezembro de 2019, de acordo com o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 291/90 de 20 de setembro.

3 de julho de 2018

Verificado por

Bruno Oliveira

Responsável pela Validação

Nuno M. Silva (Responsável Técnico)

DM/064.2/07

O IPAC é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo da EA e do ILAC para ensaios, calibrações e inspeções. IPAC is a signatory to the EA MLA and ILAC MRA for testing, calibration and inspection. Este documento só pode ser reproduzido na íntegra, excepto quando autorização por escrito do ISQ. This document may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.